

**Von:** [Nicole Fischer](#)  
**An:** [Begehung | präQ GmbH](#)  
**Bcc:** Vorrichtung zur Prüfung auf Einhaltung der Kontaktlinsenparameter und zur Qualitätskontrolle der Kontaktlinsen  
Montag, 5. Juni 2023 10:29:00

**Betreff:**

**Datum:**

---

Liebe Betriebsbegeherinnen und Betriebsbegeher,

im Rahmen des Erfas im April 2023 wurde das für den Versorgungsbereich 25D15 Kontaktlinsen im GKV-Kriterienkatalog festgelegte Kriterium „Vorrichtung zur Prüfung auf Einhaltung der Kontaktlinsenparameter und zur Qualitätskontrolle der Kontaktlinsen“ thematisiert.

Uns ist dort ein Fehler unterlaufen: Richtig soll es heißen:

- a. Durchmesserlehre **ODER** Messokular. Beides muss NICHT vorgehalten werden.



Laut Auskunft eines Erfa-Teilnehmers würde eine andere Präqualifizierungsstelle lediglich den Messaufsatz für den Scheitelbrechwertmesser und eine Durchmesserlehre als ausreichend erachten, die präQ aber würde höhere Anforderungen an die Erfüllung dieses Kriteriums stellen.

Gemäß „Arbeits- und Qualitätsrichtlinien für Augenoptik und Optometrie, 9. Auflage 2022“ des Zentralverbands der Augenoptiker und Optometristen müssen Geräte zur Überprüfung der Kontaktlinsenparameter vorgehalten werden, wobei es sich bei den Parametern um

- Durchmesser
- Radius
- Stärke und
- optische Qualität

handelt (siehe Seite 128). Welche Geräte dafür geeignet sind, steht dort leider nicht.

Nach mehrmaligen Rücksprachen mit Sachverständigen der Augenoptik kamen wir zu folgendem Ergebnis:

Kontaktlinsenparameter	Geräte zur Überprüfung
Durchmesser	Durchmesserlehre <b>ODER</b> Messokular

Radius/Krümmung und optische Qualität	Halterung für: Keratograph ODER Opthalmometer ODER Spaltlampenmikroskop
Stärke	Scheitelbrechwertmesser (ja nach Modell mit Messaufsatz)

Bitte achten Sie bei Betriebsbegehungen für den Versorgungsbereich 25D15 Kontaktlinsen auf das Vorhandensein oben genannter Geräte/Halterungen/Aufsätze. Wir werden in den nächsten Wochen das Betriebsbegehungsprotokoll entsprechend ergänzen.

Mit freundlichen Grüßen

**Nicole Fischer**

Leiterin Abteilung Betriebsbegehung

**präQ Gesellschaft zur Präqualifizierung mbH**

Wallstraße 1

55122 Mainz

Tel: 06131 58888 – 22

Fax: 06131 58888 – 28

E-Mail: [fischer@praeq.de](mailto:fischer@praeq.de)

[www.praeq.de](http://www.praeq.de)

Amtsgericht Mainz, HRB 42673

Geschäftsführer: Martina Dreher